

Déclaration CE de Conformité


Fabricant	Novatech SA Z.I Athélia III – 1058 Voie Antiope 13705 La Ciotat Cedex France
Dispositif Médical	STERITALC® SPRAY REF 16833
Classification	Classe IIb Règle N°8
Code MD / Code GMDN	N/A / 46980
Organisme Notifié	DQS Medizinprodukte GmbH August-Schanz-Str. 21 60433 Frankfurt am Main Allemagne Numéro d'identification : 0297
Premier Marquage CE	5.1.1999

Novatech SA déclare sous sa propre responsabilité que les dispositifs cités ci-dessus répondent aux exigences de la Directive Européenne 93/42/CEE pour les dispositifs médicaux.

La conformité a été évaluée selon l'annexe II de la Directive 93/42/CEE (Certificate unique ID 170676144) et la norme EN ISO 13485 (Certificate unique ID 170676145).

Cette Déclaration est valide jusqu'à l'émission d'une version révisée ou jusqu'au 06.08.2020, ce qu'il se produit en premier.

Berlin, 2017. 11. 24.



Dr. Jennifer Neff

Directeur des Affaires médicales et réglementaires